SCHEDA TECNICA
OPTIMA POST OP

TUTORE GAMBA-PIEDE

CON CARATTERISTICHE DINAMICHE, BASSO RIABILITATIVO.
Trattamento della lesione diabetica plantare,
delle fasi post-operatorie/traumatiche e delle fratture del piede.



COMPONENTI DEL PRODOTTO

1- Gambale
2- Fodera
3- Soletto
4- Fondo
5- Velcri

La linea Optima è indicata per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede.
Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori Optima sono dispositivi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell'arte, sono stati controllati e resi conformi al Regolamento UE 2017/745 per le parti applicabili. I tutori sono conformi alle linee guida internazionali del IWGDF per la gestione delle ulcere del piede diabetico. https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines.

INDICATO PER

- Ulcera diabetica plantare con complicanze vascolari alla gamba, ulcera neuroischemica prima e/o dopo la rivascolarizzazione (usando in aggiunta l'OPTIMA PUZZLE KIT 3x3).
- Gestione del piede controlaterale al piede lesionato o gestione del piede con rischio ulcerativo.
- Frattura composta dei metatarsi.
- Stabilizzazione preoperatoria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutore gamba-piede basso con componenti predisposti direttamente adattabili al paziente. Contrafforte termomodellabile alto, tomaia traspirante e lavabile. Soletto rigido antiflessione ed antitorsione. Fondo Fully Rocking con controllo del movimento e redistribuzione del carico pressorio.

CARATTERISTICHE

MATERIALI UTILIZZATI:
GAMBALE: PU 70% + PES 20% + COT 10%
FODERE POLIESTERE: 100%
SOLETTO: POLIAMMIDE PA6 70% + FIBRA VETRO 30%
FONDO: POLIURETANO
CALZA PROTETTIVA: 90% COTONE, 7% POLIAMMIDE, 3% ELASTAM.
I PRODOTTI OPTIMA SONO LATEX FREE.
CHIUSURA: 3 VELCRI
PACKAGING: PESO: GR 205 / MATERIALE: CARTONE
TEMPERATURE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO: - 5° | + 45°
LOTTO DI PRODUZIONE: COME DESCRITTO SULL'ETICHETTA DEL FRONTALINO DELLA SCATOLA
COMPONENTI BASE: PLANTARE MONOBLOCCO
AGGIUNTIVI: PLANTARE OPTIMA PUZZLE KIT 3X3 / PLANTARE PLTM / CALZA PROTETTIVA

PULIZIA DEL PRODOTTO


Per la pulizia del prodotto utilizzare acqua tiepida o fredda, pulire con sapone neutro e risciacquare una volta completata l'operazione.
Evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, detersivi da bucato, candeggina, ammoniaca, solventi. Evitare l'utilizzo di materiali abrasivi come spazzole, lana d'acciaio, carta vetro e lame di coltello per l'eliminazione delle macchie.
La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore.

CODICE DI REPERTORIO / DISPOSITIVI MEDICI **2346532**
N.Tariffario **06.12.06.024**

In conformità con le Raccomandazioni 2-5-6-7c-9 delle Linee Guida Internazionali dell'IWGDF sulla gestione del piede diabetico.
https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines

TAGLIE

	S 34-36	M 37-39	L 40-42	XL 43-45	XXL 46-48
A MM.	247	267	288	316	336
B MM.	101	108	115	119	131
C MM.	212	228	236	248	255
PESO GR. senza plantare	402	478	541	644	803



Optima Molliter Srl
Company Certified under: ISO 9001:2015 IT346378 - ISO 13485:2016 IT346377
Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC) Italy T +39 0733 801060
info@optimamolliter.com / www.yda.it / www.optimamolliter.com

CE MD

ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification